



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 060751958

Ref.: Ofício SGP-23 nº 136/2022

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 215/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal da Saúde a respeito da falta de aparelhos de raio-x e ar condicionado na UPA Pirituba.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa
Chefe de Gabinete
Em 06/04/2022, às 17:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060751958** e o código CRC **DE9D82C3**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba**

Rua Uratinga, 90, - Bairro Vila Palmeiras - São Paulo/SP - CEP 02933-140

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0000372-0**Informação SMS/CRS-N/STS PIRITUBA Nº 060151978**

São Paulo, 18 de março de 2022.

À

CRSN - GABINETE

A/C. DRA, ANA CRISTINA KANTZOS.

Prezada,

Complementando a resposta da Upa Pirituba, conforme contido no documento nº 060160188, informamos que existe um contrato de manutenção predial desde a inauguração, entretanto não cobre toda a parte elétrica da Unidade e o custo para fazer todo esse serviço está em torno de 180 mil reais (R\$ 180.000,00).

Para que todos os aparelhos de ar-condicionado funcionem e a Unidade não tenha mais problemas a respeito dessa situação é necessário a troca de toda a parte elétrica que irá ser realizada mediante uma emenda parlamentar feita pelo deputado Sr. Roberto de Lucena, no valor de 500 mil reais (R\$ 500.000,00), a ser realizada em 2022.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

**Renata Elisa de Oliveira****Especialista em Saúde**

Em 18/03/2022, às 12:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060151978** e o código CRC **F0C33831**.



**CIDADE DE
SÃO PAULO
SAÚDE**

fls. 3

Memorando nº 038/2022

São Paulo, 14 de março de 2022.

**À Supervisão Técnica de Saúde Pirituba
A/C. Renata Oliveira
Supervisora Técnica de Saúde**

Referências:

OF-SGP23 nº 136/2022

Requerimento de informação RDS nº 215/2022

Processo 6010.2022/0000372-0

Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção ao solicitado, segue abaixo os devidos esclarecimentos:

1. A Secretária da Saúde tem conhecimento acerca do caso supramencionado?

Resposta: Sim. Quaisquer intercorrências nos equipamentos de saúde são imediatamente comunicados à Supervisão Técnica de Saúde e a Coordenadoria Regional de Saúde.

2. Por qual razão até o presente momento os problemas de infraestrutura citados ainda não foram resolvidos? Qual Motivação?

Resposta: Informamos que desde a inauguração da UPA Pirituba o sistema de ar condicionado vem apresentando problemas que são relacionados à obra executada pela empresa contratada pela Municipalidade. Por se tratar de garantia de obra, a OSS está impossibilitada de realizar a manutenção.

3. Com qual frequência existem vistorias no hospital em questão? Requeiro os relatórios de conformidade ou não dos últimos 90 dias?

Resposta: Esta unidade não dispõe da informação acima, cabendo a Municipalidade as devidas informações.

4. O que tem sido feito com os pacientes desta unidade que necessitam fazer o exame de raio-x?

Resposta: Os pacientes são direcionados ao Hospital Municipal José Soares Hungria que fica localizado no mesmo complexo predial da nossa unidade.

5. O que Subprefeitura de Pirituba fará para ajudar na resolução do caso?

Resposta: Esta unidade não dispõe da informação acima, cabendo a Municipalidade as devidas informações.

6. Requeiro documentos que comprovem as alegações?

Resposta: Esta unidade não dispõe da informação acima, cabendo a Municipalidade as devidas informações.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos da mais elevada estima e consideração, colocando-nos, desde já, a disposição para quaisquer esclarecimentos suplementares.

Andra Celi Carvalhaes
Gerente Administrativo
UPA PIRITUBA

Andra Celi Carvalhaes
Gerente Administrativa

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Chefia de Gabinete**

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0000372-0**Encaminhamento SMS/CG Nº 060736349**

São Paulo, 30 de março de 2022.

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 136/2022. Requerimento RDS nº 215/2022 - Solicitação de informações a respeito da falta de aparelhos de raio-x e ar condicionado na UPA Pirituba.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL III

SRS. ASSESSORES,

Com nossos cordiais cumprimentos, tendo em vista o quanto solicitado no documento (060293214), restituímos o presente com as manifestações e esclarecimentos prestados pela área técnica desta Pasta, conforme documentos (060151978- 060160188).

No mais, colocamo-nos inteiramente à disposição para maiores esclarecimentos e/ou providências que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

**Armando Luis Palmieri****Chefe de Gabinete**

Em 30/03/2022, às 12:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060736349** e o código CRC **AAC7BF91**.